servoprax GmbH
Am Marienbusch 9
46485 Wesel
Deutschland
Telefon: +49 281 95283-0
Telefax: +49 281 56071
E-Mail: info@servoprax.de

DATENBLATT

CLEARTEST Drug 20er Testpackung

PRODUKTBILDER

PRODUKTBESCHREIBUNG

DROGENTESTSTREIFEN DER SCHNELLE DROGEN-SCREENTEST

Die CLEARTEST Drogenteststreifen sind chromatographische Lateral-Flow-Immunoassays für den qualitativen Nachweis von verschiedenen Drogen im Urin.

Die CLEARTEST Drogenteststreifen liefern nur vorläufige analytische Testergebnisse.

Die Resultate eines Drogentests sollten klinisch bewertet und professionell beurteilt werden; insbesondere wenn vorläufig positive Ergebnisse erreicht werden.

Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik.

So einfach ist die visuelle Auswertung!

CLEARTEST-Teststreifen bis zur Markierung für 10-15 Sekunden in den Urin tauchen und nach 5 Minuten das Ergebnis auswerten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Packungsinhalt: je 20 einzeln eingesiegelte Teststreifen

VARIANTEN

Typ	Kürzel	Cut-off level	PZN	REF	VE
Amphetamin	AMP	1000 ng/ml	01714380	C3 11130	20 Teste

servoprax GmbH
Am Marienbusch 9
46485 Wesel
Deutschland
Telefon: +49 281 95283-0
Telefax: +49 281 56071
E-Mail: info@servoprax.de

DATENBLATT (Fortsetzung)

Typ	Kürzel	Cut-off level	PZN	REF	VE
Morphin	MOR/MOP	300 ng/ml	01714606	C3 11230	20 Teste
Methamphetamin	MET	1000 ng/ml	01714569	C3 11330	20 Teste
Kokain	COC	300 ng/ml	01714517	C3 12020	20 Teste
Tilidin	TLD	50 ng/ml	19393806	C3 12060	20 Teste
Tetrahydrocannabinol	THC	50 ng/ml	01714687	C3 13030	20 Teste
Alkohol	ALC	0.02 %	19393829	C3 14020	20 Teste
Spice-Synth. Cannabinoide	SYN CAN	50 ng/ml	10629012	C3 14090	20 Teste
Pregabalin	PGB	500 ng/ml	19393864	C3 15020	20 Teste
Benzodiazepine	BZO	300 ng/ml	01714411	C3 18030	20 Teste
Cotinin	COT	200 ng/ml	19393887	C3 18070	20 Teste
Zopiclon	ZOP	50 ng/ml	19393901	C3 18090	20 Teste
Methadon	MTD	300 ng/ml	01714552	C3 19030	20 Teste
Fentanyl	FYL	10 ng/ml	19393924	C3 19060	20 Teste
Ecstasy	MDMA	500 ng/ml	19414129	C3 19070	20 Teste
Buprenorphin	BUP	10 ng/ml	01714463	C3 19093	20 Teste
Lysergsäuredie	LSD	20 ng/ml	14057067	C3 19094	20 Teste

servoprax GmbH
Am Marienbusch 9
46485 Wesel
Deutschland
Telefon: +49 281 95283-0
Telefax: +49 281 56071
E-Mail: info@servoprax.de

DATENBLATT – BESTELLFORMULAR

CLEARTEST Drug 20er Testpackung

BESTELLLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer:

Firma:

Vorname / Nachname:

E-Mail:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/